



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
15596/1WZ/2025

Warszawa, 05.03.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Monitor aktywności oraz opaski mocujące
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Wymienne jelito grube do fantomu treningowego do kolonoskopii – 1 szt.		
1.	Funkcjonalność podstawowa	Do treningu kolonoskopii poprzez prawidłową manipulację kolonoskopem Kompatybilne z fantomem treningowym do kolonoskopii symbol: M40 producent: Kyoto Kagaku
2.	Cechy materiału	Wykonane z materiału szczelnego, zapewniającego nadmuchiwanie i odsysanie treści z jelita Miękkie i elastyczne, zapewniające realistyczny przebieg ćwiczenia
3.	Konstrukcja	Łatwy montaż i demontaż w fantomie, bez ryzyka uszkodzenia materiału
4.	Czyszczenie i konserwacja:	Produkt łatwy do utrzymania w czystości, przeznaczony do mycia czystą wodą

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 09.03.2026 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: magdalena.rembisz@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.