



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
17187/1WJ/2025

Warszawa, 20.11.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Monitor aktywności oraz opaski mocujące
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Monitor aktywności – liczba 7 szt.		
1.	Funkcjonalność podstawowa	- system monitorowania aktywności fizycznej, rejestrujący codzienną aktywność fizyczną - system do rejestracji danych, badania i analizy parametrów aktywności fizycznej oraz okresów snu - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Actilife, które umożliwia gromadzenie danych badania i analizy parametrów snu oraz aktywności fizycznej uzyskanych z urządzenia
2.	Rejestracja aktywności	aktywność snu, minimum: - Całkowity czas snu (TST) - Wskaźnik efektywność snu (SE) - Czas pierwszego przebudzenia po zaśnięciu (WASO) - Latencja snu - Wskaźnik fragmentacji snu
3.		codzienna aktywność fizyczna, minimum: - wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną - wskaźnik MVPA - czas spędzony w trybie siedzącym i trybie aktywności - liczba kroków
4.	Zakres dynamiczny (podstawowy akcelerometr)	minimum $\pm 8G$
5.	Częstotliwość próbkowania	w zakresie min. od 30 Hz do 100 Hz
6.	Komunikacja	USB, Bluetooth Smart
7.	Pamięć	pozwala na zapis minimum 150 dni noszenia
8.	Waga	nie więcej niż 20 g

9.	Lokalizacja	minimum: nadgarstek, talia, kostka, udo
10	Zasilanie	baterijne: żywołność baterii min. 25 dni
11	Wyrób medyczny	wymagane
Pasek mocujący – liczba 3 szt.		
12	Zastosowanie	do umieszczania urządzenia na talii, nadgarstku lub ramieniu (bicepsie)

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 24.11.2025 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: magdalena.rembisz@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.