



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/18313/1W45/2025

Warszawa, 09.12.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę, instalację, instruktaż holtera ciśnieniowego wraz z dodatkowym wyposażeniem, 2 komplety.

Holter ciśnieniowy, liczba 2 komplety

Funkcje	- pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną - pomiar na ramieniu pacjenta - automatyczny monitoring całodobowy + możliwość pomiaru na żądanie - analiza pomiaru ciśnienia - redukcja artefaktów
Wyświetlacz	- LCD
Oprogramowanie	- dołączone oprogramowanie do analizy wyników (fazy dzień / noc, raporty) PhysioPort / WIN lub kompatybilne z systemem, raporty dzieńno-nocne
W zestawie	- mankiet dla dorosłych - torbę oraz pasek - oprogramowanie CARDIOSOFT - komplet 4 akumulatorów - kabel USB

Dodatkowe wyposażenie: mankiet do mierzenia ciśnienia, 3 rozmiary

Mankiet	rozmiar: pediatryczny 2 szt.
Mankiet	rozmiar: dla otyłych dorosłych 2 szt.
Mankiet	rozmiar: dla dorosłych 1 szt.

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 11.12.2025 godz. 12:00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska.