



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/19362/AKS/2025

Warszawa, 09.12.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę, instalację, instruktaż dla otoskopu, 1 szt.

Technologia oświetlenia	LED HQ, bezpośrednie oświetlenie
Temperatura barwowa światła	4000 K
Powiększenie	trzykrotne
Okienko wzierne	okienko akrylowe, odchylane/pivotując
Konstrukcja główki	Polikarbonowa / plastikowa obudowa
Zasilanie	Bateryjna rękojeść
Czas pracy na baterii	ok. 10 godzin
Żywotność diody LED	Ok. 50 000 godzin
Wyłącznik automatyczny / funkcje oszczędzania energii	Automatyczne wyłączanie po wsunięciu do kieszeni; funkcja redukcja jasności w miarę spadku baterii
Kolor instrumentu	czarny lub niebieski
Zastosowanie	Diagnostyka otoskopowa / laryngologiczna — badanie ucha/przewodu słuchowego
Wyposażenie	Wzierniki wielokrotnego użytku

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 11.12.2025 godz. 14:00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska.