



WARSZAWSKI
UNIwersYTET
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/19368/AKS/2025

Warszawa, 09.12.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę, instalację, instruktaż oftalmoskopu, 1 szt.

Zakres dioptrii	Minimum $\pm$ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20
Apertura	Minimum: - duża plamka - mała plamka - półplamka Parametr punktowany TAK 5 pkt NIE 0 pkt - gwiazdka (fiksacyjna)
Filtr bezczerwieni (red-free)	wymagane
Źródło światła	LED
Zasilanie	Bateryjna rękojeść AA

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 11.12.2025 godz. 14:00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: olga.romanowska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Olga Romanowska.