



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych

Warszawa, dn.23.05.2018r.,

N/zn.: **AAM/2017/EL/17495**

**Wykonawcy uczestniczący**

**w postępowaniu AAM/2017/EL/17495**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców do treści wymagań dotyczących realizacji dostawy urządzeń w postępowaniu **AAM/2017/EL/17495**:

**Pyt. 1.** Czy Zamawiający dopuści inhalator nie z 4 a z 9 stopniową regulacją przepływu, która umożliwi bardziej precyzyjne nastawy i lepsze dostosowanie ilości aerozolu do potrzeb pacjenta?

**Odp. 1** Zamawiający pozostawia wymagany parametr bez zmian.

**Pyt. 2.** Czy Zamawiający dopuści inhalator z nastawami czasu pracy 5,10,15,20,30,40,50,60,90,120 min?

**Odp. 2.** Zamawiający pozostawia wymagany parametr bez zmian.

**Pyt. 3.** Czy Zamawiający dopuści inhalator z regulowanym przepływem powietrza od 0 do 30 l/min?

**Odp. 3.** Zamawiający pozostawia wymagany parametr bez zmian.

**Pyt. 4.** Czy Zamawiający dopuści inhalator z maksymalną temperaturą 38°C, a nie 37°C jak wymaga Zamawiający? Ponadto istnieje możliwość 9 stopniowej regulacji temperatury od 24 °C do 38°C.

**Odp. 4.** Zamawiający pozostawia wymagany parametr bez zmian.