



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych

Warszawa, dn.16.01.2019.,

N/zn.: **AAM/2018/EL/12689**

**Wykonawcy uczestniczący**

**w postępowaniu AAM/2018/EL/12689**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców do treści wymagań dotyczących realizacji dostawy urządzeń w postępowaniu **AAM/2018/EL/12689**:

**Pyt. 1.**

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest usługa modyfikacji lampy szczelinowej, to czy Zamawiający dopuści 6 miesięczny termin gwarancji dla sprzętu użytego do przeprowadzenia modyfikacji?

**Odp. 1**

Zamawiający dopuszcza 6 miesięczny okres gwarancji .

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści usługę modyfikacji lampy szczelinowej z przystawką fabrycznie nową, której rok produkcji jest wcześniejszy niż 2018?

**Odp. 2**

Zamawiający dopuszcza przystawkę fabrycznie nową wyprodukowaną nie wcześniej niż w 2012 roku.  
Zamawiający zmienia zapis jn.

**Rozdzielacz optyczny z zintegrowanym aparatem cyfrowym do lampy szczelinowej lasera będącego w posiadaniu Zamawiającego z wyposażeniem: 1szt. – modyfikacja lampy szczelinowej**

Producent (marka) .....  
(Należy podać)

Model .....  
(Należy podać)

Rok produkcji (nie wcześniej niż ~~2018~~ 2012 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany)  
.....  
(Należy podać)