



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2021/EL/14926

Warszawa, 27.09.2023 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę

monitora kolorowego z instalacją na sali zabiegowej – 1 szt.:

- wyświetlanie obrazu z kamery wewnętrznej systemu obrazowania RTG będącym w posiadaniu Zamawiającego marki PHILIPS model AlluraClarity
- oraz
- wyświetlanie obrazu zarówno z kamery mobilnej jak i z obrazu z głównego monitora angiografu dwupłaszczyznowego z sali zabiegowej,

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych oraz kompatybilnych do aparatu firmy PHILIPS.

Obraz	Minimum: - Przekątna ekranu min. 65cal. - Format ekranu 16:9. - Format HD UHD/4K. - Tuner DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD. - Technologia HDR (High Dynamic Range). - Picture Performance Index 1700. - Procesor Czterordzeniowy. - Funkcje poprawy obrazu Dolby Vision, P5 Perfect Picture Engine, Ultra Resolution. Kąt widzenia pionowy min 178. Kąt widzenia poziomy min 178. Częstotliwość odświeżania ekranu 50Hz Rodzaj podświetlenia Direct LED.
Dźwięk	Minimum: - System dźwięku przestrzennego DTS HD. - System dźwięku 2.0. - Wbudowane głośniki 2 szt. o mocy min. 20W - Regulacja tonów wysokich/niskich. - Korektor dźwięku.
Złącza	- Liczba złączy HDMI 3 szt. - Liczba złączy USB 2 szt. - Złącze Ethernet (LAN) 1 szt. - Cyfrowe wyjście optyczne 1 szt. - Złącze CI (Common Interface) 1 szt. - Wyjście słuchawkowe – 1 szt. - Złącze antenowe 1 szt.

Funkcje multimedialne i sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi. DLNA. HbbTV. - Przeglądarka internetowa. - Nagrywanie na USB.
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> - Elektroniczny informator programowy (EPG). - Obsługa napisów. - Odtwarzanie multimediiów z USB. - SimplyShare. - Zegar automatycznego wyłączenia.
Parametry fizyczne	<p>Waga maks 27 kg. Standard VESA 400x200. Klasa energetyczna G. Zasilanie 220-240V; 50-60Hz</p>
Oznakowanie CE	wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 02.10.2023 r. godz. 12:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: ewa.gajda-sawicka@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Ewa Gajda-Sawicka, tel.: (22) 57 20 831.