



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2024/EL/11823

Warszawa, 26.11.2024 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Zestaw części zużywalnych do chromatografu ciekłowej z zestawem detekcyjnym – 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do wysokosprawnej chromatografii ciekłowej z zestawem detekcyjnym producent: Shimadzu , rok produkcji: 2001
Lampa D2 SPD	<ul style="list-style-type: none">- Rodzaj: deuterowa- Żywotność co najmniej 2000 godzin- Zakres długości fali: (od 190 nm do 800 nm) \pm 10 nm Poziom szumu (250 nm, 600 nm): od 0,310 AU do 5 AU (dla pustej komórki, stała czasowa: 2 sekundy)
Zestaw części zużywalnych do chromatografu ciekłowej z zestawem detekcyjnym	Minimum: <ul style="list-style-type: none">- lampa D2 SPD – 1 szt.- zawory wlotowe CHECK VALVE IN ASSY – 2 szt.- zawory wylotowe CHECK VALVE OUT ASSY.VP – 2 szt.- nakrętka MALE 1.6 PEEK – 4 szt. ceramiczny wkład filtra zasysania – 1 szt.

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 28.11.2024 r. godz. 15:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.