



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
AAM/2024/EL/14424

Warszawa, 13.12.2024 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę  
**Zestaw do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego – 1 szt.**  
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalności	<ul style="list-style-type: none"><li>- do pomiaru ciśnienia oraz pomiaru pulsu,</li><li>- automatyczne pompowanie i spuszczenie powietrza,</li><li>- mierzenie ciśnienia krwi jednocześnie na obu ramionach,</li><li>- przenośny,</li><li>- cyfrowy wyświetlacz,</li><li>- przycisk start/stop,</li><li>- przesyłania i analiza danych na komputerze</li></ul>
Tryby pracy	co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>- wyznaczanie indeksu kostkowo-ramiennego</li><li>- tryb uśredniony - urządzenie przeprowadza dwa pomiary, a uśredniony wynik jest wyświetlany na ekranie</li><li>- tryb automatyczny - wykonuje trzy w pełni zautomatyzowane pomiary symultanicznie na obu ramionach, uśrednia je i wyświetla na ekranie.</li></ul>
Zakres pomiaru	<ul style="list-style-type: none"><li>- pomiar ciśnienia: w zakresie min. 40-255 mmHg,</li><li>- pomiar tętna: w zakres min. 40-199 uderzeń/min</li></ul>
Dokładność pomiaru	co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>- ciśnienie <math>\pm 3</math> mmHg,</li><li>- puls <math>\pm 5\%</math></li></ul>
Skład zestawu	co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>- mankiet na ramię (wielkość obwodu w zakresie min 22-32 cm) - 2 szt.,</li><li>- mankiet na kostkę (wielkość obwodu w zakresie min 22-32 cm) - 1 szt.,</li><li>- mankiet na ramię (wielkość obwodu w zakresie min 32-42 cm) - 2 szt.,</li><li>- zasilacz- 1 szt.,</li><li>- kabel USB - 1 szt.,</li><li>- oprogramowanie</li></ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"><li>- akumulatorowe</li><li>- sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038 230V/50 Hz</li></ul>
Wyrób medyczny	wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 17.12.2024 r. godz. 15:00.  
Adres składania informacji cenowych i technicznych: [katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl](mailto:katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl),  
[aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.