



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/14080_14243/WLS15/2025

Warszawa 21.10.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę z uruchomieniem i instruktażem elektrostymulatora do terapii głosowej z wyposażeniem, ilość 1 szt., o funkcjonalności i parametrach jak poniżej:

Funkcjonalność, cechy podstawowe	do zastosowania min w zakresie: - rehabilitacji zaburzeń głosu - terapii niedowładności krtani - elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej krtani - wspomagania przy dysfagii - posiada włącznik nożny do diagnostyki
	zapewnia: - automatyczne generowanie optymalnych parametrów prądu terapeutycznego (prądy typu TENS, UR, IG oraz typu AMF, MT, KOTS) - zautomatyzowaną diagnostykę uszkodzonych mięśni
	wyświetlacz kolorowy, dotykowy wbudowany odtwarzacz audio z ćwiczeniami wokalnymi i tonalnymi

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 24.10.2025 r. godz. 09:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: tomasz.trybun@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Tomasz Trybun, tel.: (22) 57 20 876.