



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/17881/1M15/2025

Warszawa 05.11.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę z uruchomieniem i instruktażem inkubatora CO₂ ze sterylizacją H₂O₂, ilość 1 szt., o funkcjonalności i parametrach jak poniżej:

Funkcjonalność, cechy podstawowe	- precyzyjna kontrola atmosfery, do hodowli komórek - funkcja dekontaminacji komory roboczej za pomocą oparów nadtlenu wodoru - wbudowana w tylną ścianę, uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV sterylizująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej w trakcie pracy inkubatora - system antykondensacyjny
	pojemność komory od 165 do 200 litrów drzwi zewnętrzne pełne drzwi wewnętrzne szklane, 1 szt. zakres regulacji min. od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C
Wypożyczenie	dedykowany do inkubatora generator oparów perhydroflu z zestawem reagentów na sześć procedur dekontaminacji komory roboczej

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 07.11.2025 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: tomasz.trybun@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Tomasz Trybun, tel.: (22) 57 20 876.