



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2024/EL/11567

Warszawa, 02.12.2024 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Mini-resektoskop bipolarny 17,5/18,5Ch –z optyką i akcesoriami o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Produkt
1.	Element pracujący mini resektoskopu bipolarnego pasywny z systemem „quick-lock“ do połączenia z płaszczem 17 Ch, 17,5/18,5Ch ; rączka zamknięta; kompatybilny z optyką Ø 2,9mm, dł. 302 mm, kąt patrzenia: 0° – 12°-30°
2.	Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości; kod oznakowania zielony; system „quick-lock“
3.	Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia, system „quick-lock“
4.	Obturator; 17,5Ch z system „quick-lock“ kompatybilny z płaszczem wewnętrznym
5.	Optyka HD do mini- resektoskopu; ø2,9 mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30° i Płaszcz jednorazowego użytku na optykę gwarantujący sterylność ; ø2,9 mm, dł.=300- 302mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm; kanał roboczy 5-7 Ch; osłona kamery w zestawie; Pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia-papier
6.	Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, zakrzywiona o 30°; 17,5 Ch, średnica 0,35 mm;
7.	Elektroda bipolarna do koagulacji „kulka“; 17,5 Ch,
8.	Kabel bipolarny do mini- resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika
9.	Kosz wykonany z siatki metalowej do sterylizacji resektoskopu i optyki, z pokrywą i matą silikonową

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 05.12.2024 do 15:00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: rafal.wroblewski@wum.edu.pl

aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu Rafał Wróblewski., tel.: (22) 57 20 498.....