



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2025/004

Warszawa, 25.03.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Trenażer do higieny jamy ustnej – 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Do nauki i ćwiczeń procedur pielęgnacyjnych jamy ustnej i protez dentystycznych
Umiejętności szkoleniowe	Co najmniej: - Podstawy higieny jamy ustnej - Usuwanie osadu - Czyszczenie języka - Wymiana protezy - Pielęgnacja protezy
Anatomicznie poprawna jama ustna, tchawica, przełyk	Parametr punktowany TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
Proteza z chorobami zębów	Parametr punktowany TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
Cechy dodatkowe	Co najmniej: - Ćwiczenia z użyciem wody - Zmiana pozycji pacjenta
Skład zestawu	Co najmniej: - Model jamy ustnej z podstawą - Wymienna proteza - Szczoteczka do zębów - Lusterko - Sztuczny osad - Futerał na protezę - Lusterko
Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)

Wyrób medyczny	Wymagane
Właściwości materiałowe i konstrukcyjne	- Brak rtęci - Brak użycia ołowiu, kadmu, berylu oraz innych niebezpiecznych substancji
Recykling	Minimum 70% ponownego użycia

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 28.03.2025 r. godz. 10:00.
Adres składania informacji cenowych i technicznych: magdalena.rembisz@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.