



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2025/007

Warszawa, 26.03.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Fantom dentystyczny do treningu znieczulania stomatologicznego ze wskaźnikiem świetlnym i dźwiękowym - 1 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Do nauki podawania znieczulenia w stomatologii
Sygnalizacja świetlna	Co najmniej: Czerwona dioda LED zapala się w przypadku nieprawidłowego włączenia
Elementy anatomiczne	Szczeka i żuchwa z dziąslami
Mocowanie	Parametr punktowy Montaż na tułowie, zagłówku, fotelu lub stole TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
Wyposażenie modelu	Co najmniej: Strzykawka
Zasilanie	Bateryjne
Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)
Wyrób medyczny	Wymagane
Właściwości materiałowe i konstrukcyjne	- Brak rtęci - Brak użycia ołowiu, kadmu, berylu oraz innych niebezpiecznych substancji
Recykling	Minimum 70% ponownego użycia

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 28.03.2025 r. godz. 10:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: magdalena.rembisz@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.