



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/2025/008

Warszawa, 04.04.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę
Model standardowy szczęki – 6 szt.
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	- Do ćwiczeń z zakresu stomatologii zachowawczej, profilaktycznej i protetyki, z naciskiem na prawidłową okluzję funkcjonalną - Model dentystyczny przedstawiający typowe naturalne uzębienie dorosłego pacjenta - W pełni kompatybilny z głowami fantomów Frasaco będącymi w posiadaniu Użytkownika
Materiał podstawy modelu	Twarde, termoutwardzalne tworzywo sztuczne
Rodzaj uzębienia	32 zęby fantomowe naturalne, mocowane śrubą
Relacja między szczękami	Szczeka górna i dolna stykają się w stabilnym zwarcu
Mocowanie modelu	Gwintowana metalowa płyta tylna do mocowania śrubowego lub magnetycznego
Anatomia okluzyjna	Odpowiada pacjentowi dorosłemu bez oznak starcia
Zwarcie - relacja przednia	Głęboki zgryz, początkowe prowadzenie sieczne i kłowe
Zwarcie - przedtrzonowce do pierwszego trzonowca	Każdy pojedynczy ząb dolnego łuku kontaktuje się z dwoma zębami górnego łuku (Relacja zębów 1:2)
Zwarcie - drugi i trzeci trzonowiec	Każdy ząb ma kontakt z jednym zębem przeciwnym (Relacja zębów 1:1)
Dziąsło	Elastyczne, wyjmowane dziąsło oparte na anatomii 40-letniego pacjenta

Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)
Oznakowanie CE	Wymagane
Właściwości materiałowe i konstrukcyjne	- Brak rtęci - Brak użycia ołowiu, kadmu, berylu oraz innych niebezpiecznych substancji
Recykling	Minimum 70% ponownego użycia

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 09.04.2025 r. godz. 10:00.
Adres składania informacji cenowych i technicznych: magdalena.rembisz@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Rembisz, tel.: (22) 57 20 509.