



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/4407/WF4/2025

Warszawa, 10.04.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę z uruchomieniem i instruktażem systemu przepływowego do badania w warunkach in vitro , ilość 1 szt., o funkcjonalności i parametrach jak poniżej:

funkcjonalność, cechy podstawowe:	system do wytwarzania naprężeń ścinających w badaniach czynnościowych, składający się z min.: - jednostki sterującej - zestawu do perfuzji - stacji roboczej (komputer) z oprogramowaniem specjalistycznym zapewniającym min. - zautomatyzowane przepływu - obliczenia naprężenia ścinającego, szybkości ścinania i natężenia przepływu - wykonanie testów przepływu - pompy pompa zapewnia min.: - ciśnienie w zakresie co najmniej (0 -100) mbar - przepływ w zakresie co najmniej (0,1- 40) ml/min - rodzaje wytwarzanego przepływu: a) oscylacyjny b) laminarny jednokierunkowy c) pulsacyjny - pracę w środowisku inkubatora CO₂, w temperaturze i wilgotności odpowiedniej dla hodowli komórkowej - przełączanie przepływu medium poprzez elektronicznie kontrolowane zawory)
	jako urządzenie przystosowane do pracy w inkubatorze CO ₂ hodowli komórkowych (Inkubator CO ₂ w posiadaniu Zamawiającego)

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 14.04.2025 r. godz. 12:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: tomasz.trybun@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Tomasz Trybun, tel.: (22) 57 20 876.

