



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
AAM/p.70/WF4/2025

Warszawa, 25.03.2025 r.

**Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku**

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę z uruchomieniem i instruktażem chromatografu gazowego , ilość 1 szt., o funkcjonalności i parametrach jak poniżej:

funkcjonalność, cechy podstawowe:	zintegrowany spektrometr mas typu potrójny kwadrupol; - zakres temperatury dla źródła jonów min.: 100 - 350°C, dla efektywniejszej jonizacji związków wysokowrzących
	- detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych przynajmniej 600 Hz, zakres temperaturowy pracy detektora do 450°C - dozownik typu PTV(dozownik z programowaną temperaturą odparowania), zakres min. do 150 psi

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 27.03.2025 r. godz. 13:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: [tomasz.trybun@wum.edu.pl](mailto:tomasz.trybun@wum.edu.pl), [aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Tomasz Trybun, tel.: (22) 57 20 876.