



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
AAM/p.48/WF2/2025

Warszawa, 24.03.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę z uruchomieniem i instruktażem chromatografu gazowego , ilość 1 szt., o funkcjonalności i parametrach jak poniżej:

funkcjonalność, cechy podstawowe:	konstrukcja aparatu GC zapewnia rozbudowę o detektor spektrometrii mas (MS) z funkcją grzania kwadrupola do 200°C spektrometru mas czasu przelotu TOFMS, model Pegasus BT, producent LECO, będącego na stanie zamawiającego
	- detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych przynajmniej 1000 Hz, zakres temperaturowy pracy detektora do 450°C - dozownik typu split, zakres min. do 100 psi

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 26.03.2025 r. godz. 13:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: tomasz.trybun@wum.edu.pl, aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Tomasz Trybun, tel.: (22) 57 20 876.