



WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW

Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych

Warszawa 05.03.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: AAM- CLZD/EL1958/2018

Pytanie 1:

Precyzujemy

Wg naszej ewidencji u Państwa znajdują się sterylizatory:

- a) STERIVAP SP HPE 969-2ED nr fabr. 5121046
- b) STERIVAP SP HPE 669-2ED nr fabr. 5121162

W ogłoszeniu podano inne nr fabr. Oraz inny model 996 (zamiast 669)

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje że w treści zaproszenia podał numery fabryczne i model zgodne z wpisanymi do ewidencji u zamawiającego wprowadzonymi na podstawie protokołu odbiorczego do umowy zakupu sprzętu.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie 6 miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną usługę oraz 6 miesięcznej gwarancji na materiały i części?

Materiały to materiały eksploatacyjne (uszczelki drzwi, smar do uszczelek, filtry bakteriologiczne, zestawy naprawcze, nurniki) nie możemy udzielić 12 miesięcznej gwarancji na to co jest materiałem eksploatacyjnym. Zgodnie z wytycznymi producenta np. uszczelki drzwi należy wymieniać co 800 cykli lub podczas kolejnego wymaganego przeglądu – zaleca się 2 przeglądy w ciągu roku dla każdego sterylizatora.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dokonuje zmian w rozdziale V punkt 1 Zaproszenia do składania ofert nadając mu nowe brzmienie:

było:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną usługę oraz 12 miesięcznej gwarancji na materiały i części zamienne.

jest:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 6 miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną usługę oraz minimum 6 miesięcznej gwarancji na materiały i części zamienne.

Pytanie 3:

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź 3:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.03.2018 godz. 10:00

Jednocześnie Zamawiający informuje że sposób składania ofert pozostaje bez zmian a termin składania ofert upływa: 09.03.2018 godz.10.00