



WARSZAWSKI  
UNIwersYTET  
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
AAM /1MB-EL 14962/2023/2024

Warszawa, 27-02-2024 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu AAM /1MB-EL 14962/2023/2024**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Zamawiający Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących Zaprośzenia do składania ofert cenowych **na 1MB diagnozę aparatu do sekwencjonowania generacji NGS. Producent: Illumina Inc, model: MiSqq FGx Forensic Genomics System nr inw 131310/801**

**Pytanie nr 1**

Jakie testy powinny być wykonane w zakresie diagnostyki? Pełen przegląd?

**Odpowiedź nr 1**

Diagnostyka aparatu powinna obejmować wykonanie pełnego zestawu testów diagnostycznych obejmujących testy mechaniczne, optyczne, termiczne oraz przepływu odczynników.

**Pytanie nr 2**

Czy usługa powinien zawierać diagnostykę stany układu optycznego?

**Odpowiedź nr 2**

Niezbędna jest diagnostyka i regulacja układu optycznego.

**Pytanie nr 3**

Jakie materiały eksploatacyjne zużywalne powinny być wymienione w czasie diagnostyki (obligatoryjnie, czy w zależności od stanu zużycia)?

**Odpowiedź nr 3**

Niezbędna jest wymiana podstawowych materiałów eksploatacyjnych: filtr powietrza oraz strzykawka pompy odczynnikowej.

**Pytanie nr 4**

Czy po wykonaniu diagnostyki wymagane jest przeprowadzenie testów walidacyjnych wymagających użycia odczynników?

**Odpowiedź nr 4**

Po przeprowadzeniu kompletu testów wymagane jest przeprowadzenie testów walidacyjnych. Testy aparatu powinny obejmować przygotowanie biblioteki referencyjnej a następnie

przeprowadzenie sekwencjonowania testowego wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Cena za usługę obejmuje zestaw odczynników do sekwencjonowania niezbędnych do przeprowadzenia testu.

**Pytanie nr 5**

Czy w przypadku otrzymania nieprawidłowych wyników testu z użyciem odczynników wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ponownych czynności w zakresie diagnostyki aparatu?

**Odpowiedź nr 5**

W przypadku uzyskania negatywnych wyników testów diagnostycznych określony wymagane jest przeprowadzenie ponownych czynności w zakresie diagnostyki aparatu.

**Termin i sposób składania ofert**

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień 01.03.2024 r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert na dzień 01.03.2024 r. o godz. 10:30.

Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą, do dnia 01.04.2024 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.