

## Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę wagi precyzyjnej nowej lub powystawowej, rok produkcji wagi nie wcześniej niż 2019r. - liczba 1 szt. o parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

<b>Waga precyzyjna, liczba sztuk: 1</b>		
<b>Producent (marka) ..... (Należy podać)</b>		
<b>Model ..... (Należy podać)</b>		
<b>Fabrycznie nowe lub powystawowe, nieużywane urządzenie. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r.</b>		
1.	<i>Funkcjonalność podstawowa</i>	<i>Pomiar masy z wysoką dokładnością w zamykanej komorze ważenia</i>
2.	<i>Zakres maksymalny ważenia</i>	<i>Co najmniej z zakresu (60-82)g/120 g</i>
3.	<i>Obciążenie minimalne</i>	<i>Nie gorsze niż 1mg</i>
4.	<i>Maksymalny czas stabilizacji do 60g</i>	<i>Nie większy niż 8s</i>
5.	<i>Legalizacja</i>	<i>wymagana</i>
6.	<i>Działka legalizacyjna</i>	<i>1 mg</i>
7.	<i>Dokładność odczytu [d]</i>	<i>Nie gorsza niż 0,01/0,1 mg (w przedziałach 60-82g/120 g)</i>
8.	<i>Wyświetlacz</i>	<i>- kolorowy, - dotykowy - prezentujący parametry, co najmniej: waga</i>
9.	<i>Adjustacja</i>	<i>wewnętrzna (automatyczna)</i>
12.	<i>Wymiar szalki</i>	<i>Min. ø80 mm</i>
13.	<i>Zasilanie</i>	<i>Zasilacz sieciowy 220-240V, 50/60Hz</i>
14.	<i>Deklaracja zgodności</i>	<i>Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)</i>
15.	<i>Recykling</i>	<i>Min. 70% ponownego użycia</i>

**znak sprawy**

16.	<i>Oferowany produkt</i>	<i>Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu</i>
17.	<i>Oznaczenie znakiem CE</i>	<i>Wymagane</i>

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 17-04-2025 godz. 12.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Zimniak, tel. 22 57 20 665