



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
10677/WF8/2025

Warszawa, 02.10.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę

Homogenizator – 1 szt.

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Kompatybilność	Kompatybilny z elementami dyspergującymi firmy IKA serii T25 (elementy dyspergujące oznaczone S 25) będącymi w posiadaniu zamawiającego (S 25 N - 10 G) (numer inwentarzowy WF6/150823) w zestawie wraz z dedykowanym statywem (R 1826) i łącznikiem (R 182)
Funkcjonalność podstawowa	Co najmniej: - homogenizacja, - dyspergowanie, - emulgacja, - ekstrakcja, - odgazowanie, - rozdrabnianie komórek, - sonochemia.
Sposób pracy	- na statywie - wsadowy - zaprojektowany do pracy ciągłej, zapewnia przetwarzanie H ₂ O co najmniej w zakresie od 0,001 l do 1,5 l
Zakres bezstopniowej regulacji obrotów	min. 600 - 25000 obr./min.
Wyświetlacz	pokazuje co najmniej prędkość obrotową cyfrowe sterowanie i kontrola
Klasa ochrony	Co najmniej IP30
Silnik	Bezszcotkowy
Moc	co najmniej 200 W
Hałas bez końcówki	Nie więcej niż 75 dB (A)

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 06.02.2024 r. godz. 15:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.