



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
15370/WF4/2025

Warszawa, 06.11.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę

Waga precyzyjna – 1 szt.

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Precyzyjny pomiar masy
Maksymalne obciążenie	3000 g $\pm$ 100 g
Naważka minimalna standardowa USP	$\leq$ 1,2 g
Czas stabilizacji	$\leq$ 3 s
Dokładność odczytu	Nie gorsza niż 0,001 g
Powtarzalność standardowa	Przy maksymalnym obciążeniu nie gorsza niż $\pm$ 2 mg
Budowa	Obudowa zewnętrzna odporna na działanie agresywnych środków chemicznych
Wyświetlacz	- cyfrowy co najmniej 7-calowy, - kolorowy z technologią dotykową - prezentujący parametry, co najmniej: masę wyrażoną w jednostkach masy g
Funkcje	- pamięć alibi rejestrację (zapis) wyników ważenia. - eksport / zgrywanie zarejestrowanych danych
Adjustacja	Wewnętrzna, automatyczna
Interfejs	Co najmniej: - typu RS232 - typu USB - Ethernet - Wi-Fi
Wymiar szalki (szer x gł.)	wymiary: (130 mm x 130 mm) $\pm$ 5 mm
Wypożażenie	Co najmniej: - osłona szalki zamontowana na urządzeniu wysokość nie większa niż 9 cm – 1 szt., - wymienna osłona szalki wysokość z zakresu (20 -25) cm – 1 szt - zasilacz sieciowy

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12.11.2025 r. godz. 13:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.