



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Numer referencyjny **AAM/15451/2025**

(Warszawa, 23-10-2025)

Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę dwóch głowic ultrasonograficznych o parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	- kompatybilność sygnałowa, oprogramowania oraz złącza z aparatami USG produkcji Chison Medical Technologies Co., Ltd. model SonoMax 9 będącymi w posiadaniu Zamawiającego, - do obrazowania w zastosowaniach abdominalnych ginekologicznych i pediatrycznych
Cechy techniczne	- przetwornik mikro-wypukły („micro-convex”), - zakres częstotliwości: co najmniej: 4 - 12 MHz - wymiarach czoła głowicy, co najmniej: 29 mm x 11 mm - ilość kryształów: co najmniej 128, - promieniu skanowania: 97 stopnia ± 1 stopień.
Wyrób medyczny	wymagany

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 27-10-2025 godz.13.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Grażyna Zagrodzka , tel. 22 57 20 809