



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Numer referencyjny **AAM/18128/2025**

Warszawa, 06-11-2025

Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę głowicy ultrasonograficznej o parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	- kompatybilność sygnałowa, oprogramowania oraz złącza z aparatami USG produkcji Chison Medical Technologies Co., Ltd. model SonoMax 9 będącymi w posiadaniu Zamawiającego, - do obrazowania w zastosowaniach kardiologicznych
Cechy techniczne	- Zakres częstotliwości co najmniej: 2.0 MHz - 9.6 MHz - Liczba elementów minimum: 64 - Pole widzenia minimum: 88° - Pole widzenia z zakrzywionym rozszerzeniem co najmniej: 98°/109°/118°/128° - Głębokość skanowania co najmniej: 3.88 cm -19.96 cm - Rozmiar pola obrazowania: 12.1 mm x 11.6 mm
Wyrób medyczny	wymagany

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12-11-2025 godz.12.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Grażyna Zagrodzka , tel. 22 57 20 809