



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
0161/WF8/2025

Warszawa, 18.04.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę

Autosampler preparatywny – 1 szt.

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Funkcjonalność podstawowa	Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem LCSolution. Automatyczne, precyzyjne i powtarzalne podawanie większych objętości próbek do układu preparatywnego w celu ich rozdzielenia i późniejszego oczyszczenia.
Cechy i parametry	– Co najmniej 80 fiolek o pojemności 4 mL $\pm$ 0,5 mL – Co najmniej 100 fiolek o pojemności 2 mL $\pm$ 0,5 mL – Zakres pracy pH co najmniej 1-10 – Mechanizm nastrzyku: strzykawkowy – Zakres objętości nastrzyku: co najmniej (1 μL - 5000 μL) – Powtarzalność nastrzyku: nie więcej niż 1% RSD dla objętości nastrzyku 10 μL – Wbudowana funkcja walidacyjna Preparatyka próbek w autosamplerze
Wyposażenie	Co najmniej: 100 fiolek 4 mL $\pm$ 0,5 mL z septami i nakrętkami

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 25.04.2025 r. godz. 15:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.