



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
12383/2W10/2025

Warszawa, 18.09.2025 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę

Mini Vortex – 1 szt.

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Kompatybilność	kompatybilny z Chromium X (zaawansowanym urządzeniem mikrofluidycznym stosowanym w analizach laboratoryjnych), zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich funkcji.
Funkcjonalność podstawowa	Wytrząsanie pojedynczej próbki
Prędkość	Do ustawienia co najmniej w zakresie od 300 do 2500 obr./min
Tryby pracy	Co najmniej: - ciągła - dotykowa
Max objętość wytrząsania	Co najmniej 50 ml
Max średnica próbki	Co najmniej 25 mm
Zasilanie	Sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038
Oznakowanie CE (Conformité Européenne)	Wymagane

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 22.09.2025 r. godz. 15:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.