

Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowej na dostawę SYSTEMU DO BADANIA DYNAMICZNEJ OSTROŚCI WIDZENIA:

Funkcjonalność podstawowa	- diagnostyka i rehabilitacja odruchu przedsionkowo- ocznego - urządzenie kompatybilne z VNG Framiral będącego w posiadaniu Zamawiającego
Sensor	100 Hz
Latencja	< 2 ms
Detekcja prędkości	do 450°/s
Funkcje	- rozpoznawanie ruchów 3D - automatyczne centrowanie i kalibracja - tworzenie własnego badania - regulowany hełm - interfejs w postaci USB
Wyposażenie dodatkowe	- oprogramowanie do diagnostyki i rehabilitacji
Oznakowanie CE	wymagane
Wyrób medyczny	wymagane
Deklaracja zgodności	wymagana w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.)
Właściwości materiałowe	- brak rtęci - brak zawartości kadmu, berylu, ołowiu i innych substancji niebezpiecznych
Recykling	minimum 70 % ponownego użycia

Termin składania informacji cenowych i technicznych: **07-04-2025 godz. 10.00**

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: **Maja Zdanowska, tel.: (+48 22) 572 09 24**