



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2024/EL/3366

Warszawa, 09.04.2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **łaźni wodnej (2 sztuki)** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Łaźnia wodna wyposażona w wbudowane mieszadło magnetyczne o regulacji prędkości mieszania w zakresie min. 250-1000 obrotów / minutę.

Temperatura:

- regulacja w zakresie min. 25°C do 100°C,
- stabilność min. 0,1°C,
- cyfrowe ustawienie temperatury.

Wanna:

- ze stali nierdzewnej,
- min. 4L

Timer z sygnałem dźwiękowym w zakresie nastaw czasu min. 1 min-96 godz.

Wyświetlacz, informujący o:

- zadanej temperaturze,
- aktualnej temperaturze,
- czasie,
- prędkości mieszania.

Sterowanie za pomocą wyświetlacza z przyciskami/ ekranem dotykowym.

Wymagane oznakowanie znakiem CE

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12.04.2024 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067