



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2024/EL/3666

Warszawa, 18-04-2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **akcesoriów do obrazowania metodą spektrometrii mas** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Zestaw powinien być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem mas: solariX 2xR, producent Bruker.

Funkcjonalność:

Urządzenie służące do:

- przygotowania preparatów tkankowych do analizy metodą spektrometrii mas,
- napyłania matryc na preparaty tkankowe.

Rozmiar uzyskiwanych kryształów matrycy: max. 200 um

Funkcjonalność zaawansowana:

Napyłanie matryc na min:

- 2 szkiełka na preparaty o wymiarach min. (25 x 75)mm,
- 1 płytkę MALDI.

Min. 6-portowy zawór minimalizujący zużycie matrycy.

Oprogramowanie:

- wykonywanie eksperymentów obrazowania,
- zaawansowana obróbka danych,
- analizy statystyczne.

Wyposażenie:

- uchwyt na szkiełka,
- min. 50 szkiełek na preparaty tkankowe.

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 29-04-2024 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067

ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
www.wum.edu.pl

aam@wum.pl