

AAM/16419/1WR2/2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **Rejestrator EKG z wyposażeniem – 2 szt.** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Rejestrator EKG z wyposażeniem		
1.	Tryb rejestracji	Ciągły zapis EKG z plastra elektrodowego, 3-kanalowy
2.	Okres monitorowania	Min. do 30 dni (automatyczne wznowianie po wymianie elektrody)
3.	Częstotliwość próbkowania	min. 32 kHz
4.	Rozdzielczość amplitudowa	Min. 12 bit
5.	Pasma sygnał	0,67 – 40 Hz (EKG ambulatoryjne) lub (0,05–100 Hz)
6.	Dynamika sygnału	10 mV
7.	Impedancja wejściowa	>10 MΩ
8.	Detekcja stymulacji	Brak (może pracować w obecności stymulatora)
9.	Funkcjonalność	Minimum: - przycisk zdarzenia pacjenta - rejestracja aktywności i pozycji - wskaźnik LED – status aparatu i jakości sygnału - automatyczne uruchamianie
10.	Interfejs	Minimum: - USB-C lub Micro-USB lub Bluetooth
11.	Konstrukcja i bezpieczeństwo	Klasa ochrony min.: IP67 (rejestrator), IP44 (patch z rejestratorem)
12.		Odporność mechaniczna
13.	Wymiary	(46- × 29 × 12)mm +- 2mm
14.	Normy	Min. IEC 60601, CE (MDD 93/42/EEC), Klasa IIa
15.	Wyposażenie	Elektroda plastrowa (patch) – 30 szt.
16.	Rejestrator EKG	Kompatybilny z oprogramowaniem do archiwizacji i analiz holterowskich - Pathfinder SL z bazą danych Sentinel będącym na posiadaniu Zamawiającego
17.	Dostawa	Z instalacją i instruktażem

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 27-02-2026 r. godz. 12.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

agnieszka.pochec@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Pochec, tel. : (+48 22) 57 20 886