



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/1/44

Warszawa, 22-11-2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na fantom niemowlęcia do nauki osłuchiwania o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność podstawowa	Pełnowymiarowy model niemowlęcia do treningu osłuchiwania serca, płuc i jelit	
2.		Osluchiwanie za pomocą klinicznego stetoskopu (nie będący przedmiotem zamówienia) lub dedykowanego stetoskopu do pracy z trenerem	
3.		Minimum 11 dźwięków pracy serca	
4.		Minimum 9 dźwięków pracy płuc	
5.		Minimum 4 dźwięków pracy jelit	
6.		Minimum 6 miejsc osłuchiwania pacjenta	
7.	Funkcjonalność zaawansowana	Przeprowadzenie treningu w zakresie min: - odsysanie wydzielin z dróg oddechowych, - resuscytacji krążeniowo oddechowej, - udroźniania dróg oddechowych, - intubacji, - cewnikowania pępowiny.	
8.	Sterowanie	Panel sterujący lub pilot lub darmowa aplikacja na smartfon lub tablet (nie będące przedmiotem zamówienia) lub kontroler	
9.	Wyposażenie	Minimum: - pępowina, - rezerwuar na płyn, - kabel zasilający/baterię.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 26-11-2024 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067