



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/49

Warszawa, 27-02-2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **symulowanego pulsoksymetru** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Symulowany pulsoksymetr do treningu w zakresie: - prawidłowego założenia pulsoksymetru, - pomiaru nasycenia tlenem i tętna w fantomach lub symulatorach, - interpretacji wyniku pomiaru.	
2.	Sterowanie	Symulacja wyniku przez instruktora.	
3.		Sterowanie za pomocą pulsoksymetru lub z poziomu aplikacji na urządzenie mobilne lub komputer (nie będących przedmiotem zamówienia).	
4.	Zasilanie	Akumulatorowe.	
5.	Wyposażenie	Ładowarka.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 06-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067