



WARSZAWSKI
UNIwersYTET
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/48

Warszawa, 27-01-2024

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **symulatora glukometru** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Symulowany glukometr do treningu w zakresie: - pomiaru poziomu glukozy w fantomach lub symulatorach, - interpretacji wyniku pomiaru.	
2.	Pomiar	Na podstawie paska z kroplą sztucznej krwi.	
3.		Symulacja wyniku przez instruktora.	
4.		Wynik w jednostce mmol/l lub mg/dl.	
5.	Sterowanie	Sterowanie za pomocą glukometru lub z poziomu aplikacji na urządzenie mobilne lub komputer (nie będących przedmiotem zamówienia).	
6.	Zasilanie	Akumulatorowe.	
7.	Wyposażenie	Ładowarka.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 06-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067