



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/115

Warszawa, 05-03-2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **pasa do stabilizacji miednicy** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Uwagi Wykonawcy |
|-----|-----------------|---|-----------------|
| 1. | Funkcjonalność | <ul style="list-style-type: none">- pas do stabilizacji miednicy w przypadku urazów miednicy,- pas do tamowania wewnętrznych krwotoków w obrębie miednicy,- uniwersalny dla wszystkich pacjentów,- 100% przenikliwość promieniowania RTG,- dostosowany do prześwietleń za pomocą rezonansu magnetycznego. | |
| 2. | Budowa | Pas wyposażony w system bloczków służących do równomiernego ściągania obwodu pasa. | |

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067