



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/117

Warszawa, 05-03-2025

**Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku**

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **pasa do ucisku tętnic biodrowych** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	- stabilizacja złamań miednicy, - uciskanie tętnicy biodrowej w przypadku krwotoku zewnętrznego.	
2.	Budowa	Pas wyposażony w poduszkę dociskową pompowaną pompką w celu zatamowania krwotoku.	
3.		Pas wyposażony w kłamrę zapobiegającą przesuwaniu się złamanych kości.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067