



WARSZAWSKI  
UNIwersYTET  
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/99

Warszawa, 06-03-2025

**Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku**

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **pasa do ucisku aorty** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	- stabilizacja złamań miednicy, - uciskanie aorty brzusznej w przypadku krwotoku w okolicy miednicy i jamy brzusznej oraz okolicy pachwinowej i pachowej.	
2.	Budowa	Pas wyposażony w pneumatyczny miech pompowany pompką w celu zatamowania krwotoku.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 13-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067