



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/1/47

Warszawa, 06-03-2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **fantomu wcześniaka** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.		Pełno postaciowy fantom wcześniaka urodzonego do max. 25 tygodnia do treningu w zakresie opieki, pielęgnacji oraz zabiegów.	
2.	Funkcjonalność	- intubacja dotchawicza, - drenaż klatki piersiowej, - zakładanie sondy żołądkowo-jelitowej, - odsysanie, - pobieranie krwi przez pępowinę, - podawanie płynu przez pępowinę.	
3.		Realistyczne odwzorowanie braku napięcia mięśniowego.	
4.	Cechy i budowa symulatora	Realistycznie odwzorowana symulowana skóra.	
5.		Jednostronnie i obustronnie unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji.	
6.	Dostęp naczyniowy	- noga, - dłoń, - stopa, - skalp.	
7.	Zabiegi pielęgnacyjne	- zmiana pieluszki, - pielęgnacja skóry, - opatrywanie ran, - pielęgnacja stomii.	
8.	Wady wrodzone	- rozszczep kręgosłupa, - przepuklina pępowinowa.	
9.	Wyposażenie dodatkowe	- strzykawka, - wenflon, - sztuczna krew, - lubrykant.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 13-03-2025 godz. 9.00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl
Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067