



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/1/29

Warszawa, 10.03.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażera głowy z urazami powypadkowymi** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Trenażer w postaci głowy pacjenta dorosłego do treningu w zakresie: - opieki nad poszkodowanym w wypadku, - diagnostyki urazów, - postępowania w przypadku urazów głowy.	
2.	Budowa	Czaszka z odcinkiem kręgosłupa szyjnego z nakładaną symulowaną skórą twarzy na podstawie lub stojaku.	
3.	Stany urazowe	Minimum: - złamanie typu Le Fort (min. 2 rodzaje), - złamanie żuchwy, - złamanie nosa, - złamanie kości czaszki, - anizokoria, - uraz błony bębenkowej, - uraz tchawicy, - złamanie kręgu szyjnego.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 17-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067