



WARSZAWSKI  
UNIwersYTET  
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/108

Warszawa, 11-03-2024

**Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku**

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażera do iniekcji doszypikowych** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Trenażer w postaci ramienia osoby dorosłej do treningu w zakresie iniekcji doszypikowej w kość ramienną.	
2.		Wycięty fragment ramienia z uwidocznioną kością ramienia ułatwiająca wykonanie prawidłowego wkłucia.	
3.	Wyposażenie	Minimum: - wkładka z kością, min. 3 sztuki, - wkładka ze skórą, in. 1 sztuka.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 18-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067