



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/1/21

Warszawa, 18.03.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **symulatora endoskopowego otorynolaryngologicznego** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Symulator w postaci głowy z szyją na wysięgniku i podstawie do treningu w zakresie wykonywania endoskopowych operacji zatok.	
2.		Krwawienie ograniczone w trakcie wykonywanych zabiegów.	
3.	Budowa	Minimum: - zatoka klinowa, - zatoka sitowa, - zatoka czołowa, - zatoka szczękowa, - małżowina nosowa, - przegroda nosowa, - wyrostek haczykowaty, - siodło tureckie, - tętnica klinowo podniebienna, - komórki sitowe, - tętnica sitowa.	
4.	Patologie	Minimum 3 patologiczne w tym: - grzybniak zatoki klinowej, - brodawczak odwrócony, - gruczolak przysadki mózgowej.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 25-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067