



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/1/52

Warszawa, 19.03.2025

**Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku**

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażera do nakłucia tętnicy** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Trenażer w postaci dłoni z przedramieniem i z tętnicą promieniową osoby dorosłej do treningu w zakresie: <ul style="list-style-type: none"><li>- pobierania krwi tętniczej,</li><li>- wprowadzania cewników do tętnicy,</li><li>- palpacyjnego badania tętna,</li><li>- wykonywania iniekcji tętnicy promieniowej pod kontrolą ultrasonografu.</li></ul>	
2.		Tętno generowane i regulowane za pomocą pompki automatycznej.	
3.	Budowa modelu	<ul style="list-style-type: none"><li>- realistyczny opór przy wykonywaniu iniekcji,</li><li>- realistyczne cofanie się krwi do strzykawki po wykonaniu iniekcji.</li></ul>	
4.		Na podstawie lub na stojaku.	
5.	Zestaw zawiera	Minimum: <ul style="list-style-type: none"><li>- model przedramienia,</li><li>- sztuczna krew,</li><li>- zestaw wymiennych wkładek lub skór i tętnic, min. 1 sztuka,</li><li>- zasilacz,</li><li>- torba lub walizka transportowa.</li></ul>	
6.	Oznakowanie znakiem CE	Wymagane.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 26-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067