



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/114

Warszawa, 19.03.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażera do EKG** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Pełno postaciowy fantom osoby dorosłej do treningu w zakresie: - wykonywania 12 odprowadzeniowego EKG, - interpretacji wyników.	
2.		Trening przy użyciu klinicznego sprzętu.	
3.	Zawał serca	Funkcja generowania zawału ze wskazaniem obszaru na modelu serca 3D z określeniem min.: - urazu, - martwicy, - niedokrwienia.	
4.	Sterowanie	Panel sterujący lub laptop lub terminal lub darmowa aplikacja na smartfon lub tablet (nie będące przedmiotem zamówienia).	
5.		Wyświetlanie min. 2 krzywych EKG jednocześnie w czasie rzeczywistym.	
6.	Oprogramowanie	- biblioteka rytmów EKG, - funkcja generowania rytmów EKG, - diagnostyka niemierności serca, - diagnostyka stopnia uszkodzenia serca.	
7.	Zestaw zawiera	Minimum: - pełno postaciowy fantom, - panel sterujący lub laptop lub terminal, - elektrody EKG, - torba lub walizka transportowa.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 26-03-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067