



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2017/WLS5/2025

Warszawa, 21.03.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **kątnicy stomatologicznej** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Kątnica chirurgiczna do chirurgii szczękowo-twarzowej, implantologii i mikrochirurgii.	
2.	Przełożenie	20:1	
3.	Światło przy główce kątnicy	LED	
4.	Spray	Zewnętrzny, pojedynczy.	
5.	Instrumenty obrotowe	Wiertła i frezy chirurgiczne z trzonkiem kątnicowym o średnicy 2,35 mm	
6.	System mocowania wiertła	Na przycisk	
7.	System chłodzenia wewnętrznego	Wymagane.	
8.	Maksymalna prędkość	Min. 40000 rpm	
9.	Materiał wykonania	Stal szlachetna.	
10.	Czyszczenie	- kątnica rozbieralna do czyszczenia, - dezynfekcja termiczna, - sterylizacja.	
11.	Zasilanie	Niezależny generator.	
12.	Wyrób medyczny	Wymagane	
13.	Oznakowanie znakiem CE	Wymagane	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 26-03-2025 godz. 9.00
Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl
Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067