



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/3/138

Warszawa, 31.03.2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **wytrząsarki o ruchu drgającym** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Uwagi Wykonawcy |
|-----|---------------------------|---|------------------|
| 1. | Funkcjonalność podstawowa | Mieszanie roztworów w próbkach | Tak/Nie |
| 2. | Zakres obrotów | Co najmniej w zakresie 200-2000 obr./min. | Tak/Nie |
| 3. | Zakres ruchu | 3mm | Tak/Nie |
| 4. | Tryby pracy | - ciągły - czasowy (w zakresie co najmniej od 1 do 60 min) | Tak/Nie |
| 5. | Stopień ochrony | Ochrona przed zachlapaniem | Tak/Nie |
| 6. | Zestaw zawiera | Co najmniej: - wytrząsarka - karuzela na 12 próbek - karuzela na 26 próbek | Tak/Nie |
| 7. | Zasilanie | Sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038 230V/50 Hz | Tak/Nie |

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 07-04-2025 godz. 12.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Julia Janczak, tel. (+48 22) 57 20 923