



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/12846

Warszawa, 09-10-2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażer do perikardiocentezy** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Trenażer w postaci torsu osoby dorosłej do nauki w zakresie: - nakłuwania osierdzia w min. 2 miejscach, - odbarczenia odmy.	
2.		Wprowadzanie rurki do drenażu jamy opłucnej z funkcją kontroli koloru, objętości, lepkości płynu.	
3.		Informacja zwrotna w postaci uwalnianego płynu z worka osierdziowego po prawidłowo wykonanym nakłuciu osierdzia.	
4.	Budowa modelu	- symulowana odma prężna.	
5.	Zestaw zawiera	Minimum: - wkładki podskórne, - wkładki chirurgiczne, - osierdzie, - koncentrat sztucznej krwi, - pompka do wpompowywania powietrza, - rezerwuar na płyn, - walizka lub torba transportowa.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 16-10-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067