



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/2025/1/30

Warszawa, 09-10-2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **symulatora porodowego** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Funkcjonalność	Symulator kobiety ciężarnej do nauki w zakresie: - przebiegu i przyjmowania porodu, - interpretacji kardiokardografii (KTG), - przygotowywania dokumentacji.	
2.		- scenariusze porodowe, - funkcja interwencji podczas akcji porodowej.	
3.	Budowa	Anatomiczne punkty orientacyjne w postaci kołców kulszowych.	
4.		Głowa płodu ze szwem strzałkowym i ciemiączkiem .	
5.		Trening w zakresie: - wykorzystania próżniociągu, - wykorzystania kleszczy.	
6.	Sterowanie	Komputer typu All in One lub tablet z wyświetlaczem dotykowym lub laptop lub stacja sterująca.	
7.		Monitorowanie min.: - przebiegu porodu, - pozycji położenia głowy płodu względem macicy, - obrotu główki płodu w miednicy, - tętna płodu za pomocą KTG. - skurczów macicy za pomocą KTG.	
8.		Rejestracja czynności w trakcie akcji porodowej w celu późniejszego omówienia wykonanego ćwiczenia.	
9..		Funkcja zastopowania oraz kontynuacja porodu.	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 16-10-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067