



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/13098/1MC1/2025

Warszawa, 22-10-2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **trenażer do anestezji regionalnej i dostępu naczyniowego** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Przeznaczenie	do nauki i doskonalenia technik anestezji regionalnej (blokad nerwów obwodowych) oraz dostępu naczyniowego pod kontrolą USG	
2.	Materiał	odwzorowujący właściwości akustyczne i palpacyjne ludzkiej tkanki, powierzchnia samouszczelniająca się, odporna na wielokrotne nakłucia	
3.	Użyteczność	wielokrotność użycia min. 1000 wkluc bez konieczności wymiany elementów	
4.	Funkcja	obrazowanie nerwów i naczyń prowadzenia igły pod kontrolą USG podawanie symulowanego środka znieczulającego w celu weryfikacji położenia końcówki igły pozytywne sprzężenie zwrotne – przepływ płynu po prawidłowym wkluciu do naczynia	
5.	Kompatybilność	kompatybilność z systemami USG z głowicą liniową 5-12 MHz	
6.	Wypożyczenie	- trzy symulowane nerwy, średnica 3-5 mm - jedno naczynie 1-6 mm rozgałęziające się na trzy mniejsze naczynia - blok trenażera - płyn symulujący krew - pojemnik lub etui	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 27-10-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067