



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny AAM/13491/1W51/2025

Warszawa, 28-10-2025

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **resektoskopu bipolarnego z wyposażeniem** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Lp.	Opis parametrów	Wymagane minimalne parametry techniczne	Uwagi Wykonawcy
1.	Optyka	średnica 4 mm	
2.		długości 30 cm	
3.		kąt patrzenia 12°	
4.		wyposażona w układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych Hopkinsa	
5.		Autoklawowalna w 134°C	
6.	Element pracujący resektoskopu bipolarnego typu biernego	wykorzystujący elektrody dwubiegunowe w technologii bipolarnej	
7.		wyposażony w uchwyty na palce oraz mocowanie do optyki i do płaszczu	
8.	Płaszcz resektoskopu	- obrotowy, - przepływowy, - rozmiar średnicy zewnętrznej 26 Fr., - z mechanizmem „klik”	
9.		składający się: - z płaszczu zewnętrznego, - przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, - końcówki LUER-Lock i rozbieralne, - metalowe kraniki, - płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie.	
10.	Obturator	Kompatybilny z płaszczem	
11.	Pętla tnąca	- bipolarna, - rozmiar średnicy zewnętrznej 26 Fr.,	
12.	Elektroda tnąca	- spiczasta, - bipolarna.	
13.	Elektroda koagulacyjna	- kulkowa, - bipolarna.	
14.	Światłowód	- osłona nieprzeźroczysta, - długość min. 230 cm, - średnica 3,5 mm	
15.	Przewód bipolarny	Kompatybilna z diatermią chirurgiczną ERBE VIO3 posiadaną przez Zamawiającego	
16.	Wyposażenie	- obturator (kompatybilny z powyżej opisanym płaszczem resektoskopu), 1 sztuka,	

		-mostek optyki, z kanałem dla instrumentów o rozmiarze średnicy zewnętrznej 5 Fr., (kompatybilny z powyżej opisanym płaszczem resektoskopu), 1 sztuka, - nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5Fr, długość 34 cm, 1 sztuka, - kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr, długość 34 cm, 1 sztuka, -kulociąg, półsztywny, obie bransze ruchome, 5 Fr, długość 34 cm, 1 sztuka, - taca druciana ze składanymi uchytwnami, z matą silikonową i pokrywą, 1 sztuka, - paski silikonowe do mocowania instrumentów, 12 sztuk, - kołki mocujące, 12 sztuk, - pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 1 sztuka.	
17.	Wyrób medyczny	wymagany	

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 31-10-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Witkowska, tel. : (+48 22) 57 20 067